




**ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
26000 ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I БР. 2-4**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

**ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО
МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

**Бр. XI-13-404-149/2013
Ев.бр. ЈНМВ-Д-15/2013**

	Датум и време
Рок за објављивање позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу јавних набавки	До 18.11.2013. год.
Рок за подношење понуде	28.11.2013. год. до 10:00 часова
Отварање понуда	28.11.2013. год. у 10:15 часова Градска управа града Панчева Агенција за јавне набавке канцеларија бр. 3
Конкурсну документацију је сачинила Комисија у саставу:	<p align="center">  Милан Глумац, дипл. правник, члан </p> <p align="center">  Даниел Мрвош, стручно лице, члан </p> <p align="center">  Весна Петковић Боровница, стручно лице, члан </p> 

Панчево, новембар 2013. године

Градска управа града Панчева
Бр. XI-13-404-149/2013

На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности проширења система за континуално мерење квалитета ваздуха, Бр. XI-13-404-149/2013 – Ев.бр.ЈНМВ-Д-15/2013, од 13.11.2013. год., припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха
Бр. XI-13-404-149/2013 – Ев.бр.ЈНМВ-Д-15/2013

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Техничка спецификација	4
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чланова 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	11
	Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН	14
	Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности	15
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	16
VI	Образац понуде	26
VII	Модел уговора	33
VIII	Образац Изјаве о достављању банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања	39
IX	Образац трошкова припремања понуде	40
X	Образац изјаве о независној понуди	41
XI	Образац (пожељно је налепити на коверту понуде)	42

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Градска управа града Панчева

Адреса: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

Интернет страница: www.pancevo.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, и то:

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12),
- Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97, бр. 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10), у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама,
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, бр. 39/85, бр. 45/89-Одлука УСЈ и бр. 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03 – уставна повеља), након закључења уговора о јавној набавци,
- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/13).

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке, Бр. XI-13-404-149/2013 - Ев.бр. ЈНМВ-Д-15/2013, су добра – Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха – набавка уређаја за праћење загађења

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

7. Контакт лица:

Марија Крстић, дипл. правник, e-mail адреса: marija.krstic@pancevo.rs

Весна Петковић Боровница, e-mail адреса: vesna.petkovic-borovnica@pancevo.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке, Бр. XI-13-404-149/2013 - Ев.бр. ЈНМВ-Д-15/2013, су добра - Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха – Уређаји за праћење загађења - 79340000.

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности - Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха, Бр. XI-13-404-149/2013 - Ев.бр. ЈНМВ-Д-15/2013

I Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха обухвата набавку и инсталирање следећих уређаја:

1 - Анализатор азотних оксида (NO/NO ₂ /NO _x)	1 ком
2 - Генератор ваздуха (air zero modul)	1 ком

I-1

Град Панчево поседује систем за континуално мерење квалитета ваздуха на четири мерна места: "Цара Душана", "Ватрогасни дом", "Војловица" и "Старчево".

Постојећи систем функционише тако да се у мерним станицама са анализатора подаци аутоматски преносе у базу података data logger-а. У Градској управи града Панчева се налази централни рачунар на коме се врши аутоматско прикупљање података (са data logger-а са сва четири мерна места), обрада и праћење података, као и контрола рада гасних анализатора распоређених по мерним местима.

У свакој мерној станици распоред анализатора је следећи:

Листа уређаја која је дата даље у тексту садржи загађујућу материју која се мери, модел, произвођача, заступника, годину производње.

Мерно место «Цара Душана»

1. SO₂ M 43i, Thermo electron, USA, MLU, 2006.
2. CO M 300, Teledyne-API, USA,MLU, 2004.
3. O₃, M 400, Teledyne-API, USA,MLU, 2004.
4. V,T,X (PID),GC955 серија 600, SYNTECH SPECTRAS, Норвешка ,EAS,
5. Data logger, DL256PRO, OPSIS, Шведска, 2004.

Мерно место «Ватрогасни дом»

6. V,T(PID), GC955 800, SYNTECH SPECTRAS, Норвешка MLU; 2003.
 7. TNMHC (FID), GC955 ,114, SYNTECH SPECTRAS, Норвешка,MLU, 2004.
 8. NO/NO₂/NO_x M 200A , Teledyne-API, USA,MLU, 2004.
 9. NH₃ M201A, Teledyne-API, USA, MLU2004.
- термални конвертор M501NH
 - генератор ваздуха (Air zero module) M701
 - калибратор M702
10. H₂S/SO₂, M450C, Thermo electron, USA, MLU 2006.
 11. PM10,PM2.5, PM1.0 Grimm, EAS,
 12. Data logger, DL256PRO, OPSIS, Шведска, 2004

Мерно место «Војловица»

13. SO₂ M 43i, Thermo electron, USA, MLU 2006.
 14. TRS, M102A, Teledyne-API, USA, MLU 2004
 - термални конвертор M501TRS, 2004
 15. B,T,X (PID), GC955 серија 600, SYNTECH SPECTRAS, Норвешка, MLU, 2003.
 16. PM 10, TEOM 1400A, RP Ruppreeht Patashnick co.inc, Albany. N.Y., USA, 2004.
 17. Data logger, DL256PRO, OPSIS, Шведска, 2004.
 18. Метеоролошка станица са сензорима: (Laboratori di strumentazione industriale s.p.a. Italy) 2003
- LSI-DNA521 сензор за брзину ветра и правац ветра
 LSI-DMA580 сензор за температуру и релативну влажност
 LSI-DQA031 мерач падавина

Софтвер – Систем за мониторинг за наведене три мерне станице ради у софтверском оперативном систему "ENVIMAN- OPSIS" Шведска.

Мерно место «Старчево»

19. NH₃, M201A, Teledyne-API, USA, „Project Automation“ S.p.A, Италија , 2004
- термални конвертор M501NH
- генератор ваздуха (Air zero module) M701
- калибратор NH₃ API M702
20. BTX VOC71M/PID Environnement mod., Француска, 2004 *
21. SO₂ M100E Teledyne-API, USA, „Project Automation“ S.p.A, Италија, 2005
22. CO M300E Teledyne-API, USA, „Project Automation“ S.p.A, Италија, 2004*
23. O₃ M400E Teledyne-API, USA, „Project Automation“ S.p.A, Италија, 2004
24. NO/NO₂/NO_x M200E Teledyne-API, USA, „Project Automation“ S.p.A, Италија, 2004*
25. PM10 Environnement mod. MP101M, Француска, 2004 *
26. Индустијски рачунар за прикупљање података
27. Метеоролошка станица са сензорима: (Laboratori di strumentazione industriale s.p.a. Italy)

DNA515
 DNA506
 DNA 568
 DQA031

Софтвер - Систем за мониторинг за мерну станицу „Старчево“ ради у софтверском оперативном систему Ecoremote Windows 2000 „Project Automation“ S.p.A. Monza, Италија, OPSIS систем има могућност читања података из система Ecoremote Windows 2000 „Project Automation“ S.p.A. Monza.

DNA515
 DNA506
 DNA 568
 DQA031

Градска управа града Панчева
 Бр. XI-13-404-149/2013

Софтвер - Систем за мониторинг за мерну станицу „Старчево“ ради у софтверском оперативном систему Ecoremote Windows 2000 „Project Automation“ S.p.A. Monza, Италија, OPSIS систем има могућност читања података из система Ecoremote Windows 2000 „Project Automation“ S.p.A. Monza.

II

Набављена опрема ће се инсталирати у 19“ полицу и пустити у редован режим рада на мерним местима на следећи начин:

Мерно место "Цара Душана"

- анализатор азотних оксида (NO/NO₂/NO_x)

Мерно место "Ватрогасни дом"

- генератор ваздуха (air zero modul)

Напомене:

- Неопходно је обезбедити да набављена опрема ради као део постојећег система.
- Наручилац има право да промени мерно место на коме ће се поставити предмет јавне набавке.
- Понуђач може да се благовремено у фази припреме понуде по овој тендерској документацији упозна са постојећим системом за континуално мерење квалитета ваздуха града Панчева.
- Наручилац неће бити одговоран у случају евентуалних додатних трошкова Понуђача због лоших процена послова које је потребно извршити.

Ако дође до кварова или неправилности на опреми (током гарантног рока) због лошег материјала или неправилне монтаже у оквиру постојећег система и рада, обавеза је Понуђача да све то поправи , уколико је потребно и прибави неопходне делове, поштујући дате рокове Наручиоца и о свом трошку.

II-1. АНАЛИЗАТОР АЗОТНИХ ОКСИДА (NO/NO₂/NO_x)

Како је ово надоградња постојећег система, анализатор за континуално праћење азотних оксида у амбијенталном ваздуху треба да буде такав да непрекидно узоркује и мери и да буде тако повезан, да складишти податке у меморију Data logger-а OPSIS 256, који се налази у мерном месту „ Цара Душана“ система града Панчева за континуално мерење квалитета ваздуха. Подаци се аутоматски преносе на Централни рачунар где се обрађују и прате, и уједно врши контрола рада гасних анализатора распоређених по мерним местима помоћу инсталираног OPSIS софтверског пакета (Envi Man Comvioner, Envi Man Reporter).

Испорука анализатора азотних оксида треба да обухвата:

- 1.Анализатор за мерење азотних оксида са свим потребним материјалом за прикључење на систем, укључујући и пермтубе са сертификатом (конц. 400±50 ppb ; захтевана аналитичка тачност концентрације пермтубе је до 5%)
2. Шине за постављање анализатора у 19“ полицу
3. Улазни филтер за уклањање ситних честица
- 4.Спољу пумпу, са свим додацима за прикључивање
- 5.Упутство за коришћење анализатора азотних оксида од произвођача.
- 6.Сви резервни делови потребни за одржавање за 2 године према препоруци произвођача опреме.

Техничке карактеристике (спецификација):

Компонента која се мери:	Азотни оксиди NO/NO ₂ /NO _x
Методологија ЕУ:	Хемилуминисценција EN 14211
Мерни принцип:	Хемилуминисценција
Подручје мерења:	Према избору корисника на скали од 0- 50ppb до 0-20000ppb (увећање за 1ppb)
Јединице мерења:	ppb ppt ug/m ³ mg/m ³
Нулни шум:	0.2 ppb (RMS)
Распонски (спан) шум:	<0,5% од очитаног(RMS) преко 50 ppb или 0.2 ppt
Доња граница детекције:	0,4ppb (RMS)
Дрифт нуле:	<0,5 ppb/24 сата <1 ppb/7 дана
Дрифт спана:	<0,5% од очитаног / 24 сата <1% од очитаног / 7 дана
Прецизност:	0,5% од очитаног
Линеарност:	1% од пуне скале
Временски застој:	20 секунди
Време подизања/пада (0-95%):	<60 sec.
Проток узорка:	500 cc/мин ±10%
Опсег температуре:	5-40° C
Опсег влажности:	0-95% RH, без кондензације
Димензије	стандард , да може да се постави у 19" полицу
Аналогни излази:	10 V, 5 V, 1V, 0.1V (подесиво) за три канала могућност укључивања струје јачине 4- 20mA
Статусни излази(дигитални):	8 излаза, 6 улаза (опто изоловани) 4 алармна излазаки
Серијски излази:	1xRS-232 , 1xEthernet мора да подржава APIcom софтвер који је инсталиран на централном серверу у Градској управи Панчева
Напајање:	220-240V – 50 Hz
Калибрација, опције :	Нула/спан (Zero/span) и Интерно нула/спан (IZS) опција са NO ₂ пермишн тубом.

- Након инсталације анализатора азотних оксида потребно анализатор пустити у редован режим рада при чему ће се извршити калибрација (гасном смешом и NO₂ пермишн тубом.) Наручилац има гасне смешу азот диоксида у азоту (у ppb) и гасну смешу азот монооксида у азоту (у ppt).
- Неопходна је кратка обука Наручиоца (за техничко особље које ће радити са опремом) у мерном месту тј месту инсталације, како би се омогућило њихово правилно руковање и одржавање испоручене опреме.

II-2. ГЕНЕРАТОР ВАЗДУХА (air zero modul)

Генератор ваздуха мора у свему да замени по техничкој спецификацији постојећи M701 (види листу уређаја у делу I-2 редни бр. 9. и 19.) тј. да производи чист ваздух (као нулти гас одн. дилуент) за калибрацију анализатора амонијака (NH₃ M201A,) и калибратор NH₃ API M702.

Испорука генератора ваздуха треба да обухвата:

1. Генератор ваздуха са свим потребним материјалом за прикључење на систем
2. Шине за постављање генератора у 19" полицу
3. Упутство за коришћење од произвођача.
4. Сви резервни делови потребни за одржавање за 2 године према препоруци произвођача опреме

- Неопходна је кратка обука Наручиоца (за техничко особље које ће радити са опремом) у мерном месту тј. месту инсталације, како би се омогућило њихово правилно руковање и одржавање испоручене опреме.

III

- Понуђач је у обавези да у својој понуди достави техничку спецификацију и слику опреме коју ће испоручити.

- Понуђач је у обавези да достави План редовног сервиса за период од годину дана (одн. период гарантног рока), у свему према техничким спецификацијама и захтевима произвођача опреме, а којим ће се обезбедити поуздан и исправан рад система и обезбедити континуитет мерења за аутоматске станице (90% мерења на годишњем нивоу).

IV Документа

IV-1 Након завршеног посла потребно је издати одговарајући докуменат о примопредаји нарученог посла (Записник о примопредаји), који сачињава Понуђач, а потписују га обе стране потписнице Уговора.

IV-2 Након сваке интервенције на анализатору (инсталација, одржавање у гарантном року, рекламација, примопредаја и сл.), потребно је издати документ тј сервисну листу која обавезно мора да садржи следеће:

1. Општи подаци

Име понуђача, име наручиоца, назив мерног места, локација на којој се мерно место налази, назив и сер. број анализатора, датум (интервал) интервенције, обавезно навести врсту одн. разлог интервенције (инсталација, одржавање у гарантном року, рекламација, примопредаја, и сл).

2. Сервисне активности

Дати опис квара, сервисне активности (инсталација, преглед, замена, подешавање, чишћење) материјал који је употребљен, материјал који је потребно набавити.

3. Калибрација

Приликом калибрације анализатора дати очекиване и добијене вредности нуле и спана, и навести вредности са сертификата за спан (гасне смеше или пермтубе).

4. Коментар

У коментару навести обавезно да ли је анализатор у радном режиму и ради исправно или је неисправан и које су радње потребне за поправку.

5. На крају документа навести ко је обавио инсталацију тј сервис (печат фирме и потпис сервисера који је обавио инсталацију, сервис).

IV-3 Сервисер ће након инсталације одн. сваког прегледа анализатора (уколико је у исправном режиму рада) уписати у листу параметара у интерним књигама анализатора (која се налази на мерном месту) све тражене параметре који се могу прочитати на анализатору (притисак, температура, проток...).

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Уколико Понуђач не захтева аванс

Наручилац ће плаћање вршити на следећи начин:

- Уговорену цену за анализатор азотних оксида и генератора ваздуха, са свом потребном опремом, најкасније у року од 15 дана од дана записнички констатоване примопредаје предметних добара, а на основу испостављене фактуре понуђача.
- Остатак од укупно уговорене цене најкасније у року од 7 дана, након инсталације и пуштања у рад анализатора азотних оксида и генератора ваздуха, обуке техничког особља Наручиоца и записнички констатоване примопредаје, а на основу испостављене фактуре понуђача.

Уколико Понуђач захтева аванс

Аванс не може бити већи од 40% од укупно уговорене вредности радова.

Уколико се захтева аванс већи од 40%, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће плаћања вршити на следећи начин:

- аванс најкасније у року од 15 дана од дана предаје банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, а на основу испостављања авансног рачуна понуђача.
- Остатак од укупно уговорене цене најкасније у року од 7 дана, након обављене инсталације и пуштања у рад анализатора азотних оксида и генератора ваздуха, обуке техничког особља Наручиоца и записнички констатоване примопредаје, а на основу испостављене фактуре понуђача.

Понуђач је у обавези да најкасније у року од 7 дана од дана потписивања Уговора, преда Наручиоцу гаранцију пословне банке, на износ траженог аванса са ПДВ-ом, плативу на први позив, без приговора, са роком важности до коначног извршења посла.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Захтев у погледу рока испоруке и извршења услуге

- Рок испоруке анализатора азотних оксида и генератора ваздуха, са свом потребном опремом, као и резервних делова потрошног и ситног материјала за период одржавања за две године, а у свему у складу са Техничком спецификацијом Наручиоца, не може бити дужи од 70 дана од дана потписивања уговора.
- Рок инсталације и пуштања у рад анализатора азотних оксида и генератора ваздуха не може бити дужи од 3 дана од дана испоруке.
- Рок за обуку техничког особља Наручиоца не може бити дужи од једног дана након инсталације анализатора азотних оксида и генератора ваздуха (истог дана или следећег).
- Рок испоруке делова које ће Понуђач испоручивати по потреби услед детектованог квара, у току трајања гарантног рока, не може бити дужи од 30 дана, од дана детектованог квара.
- Рок за извршење услуге сервиса ван мерних станица (лабораторија понуђача или произвођача) решаваће се споразумно уз евентуално померање гарантног рока.
- Рокови за извршење услуге редовног сервиса у периоду гарантног рока, ће се обављати споразумно, а на основу достављеног плана сервиса Понуђача (глава III техничке спецификације Наручиоца)

Захтеви у погледу рекламационог рока

У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету испоручених добара и извршених услуга, Понуђач је дужан да исте отклони најкасније у року од 8 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца. Уколико буде било потребно да се замене делови, уз одобрење Наручиоца, постоваће се и рок набавке резервних делова.

Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за сву испоручену опрему, квалитет материјала, монтажу и правилан рад, у свему у складу са техничком спецификацијом Наручиоца, не може бити краћи од једне године, рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји.

У случају дуже поправке у гарантном року, дужем од 15 дана, понуђач је дужан да продужи гарантни рок минимално за време за које је опрема била изван функције

Уговорна казна и накнада штете

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи до 5% од укупне уговорене вредности набавке.

Уколико понуђач, који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са наручиоцем, не изврши услуге у уговореном року, наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену казну од 2‰ (два промила) од укупне вредности уговора.

Место: _____

М.П.

Потпис понуђача

Датум: _____

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗЈН

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. ЗЈН, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН);
- 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (члан 75. став 1. тачка 3. ЗЈН);
- 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН);
- 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2. ЗЈН).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. ЗЈН, и то:

1. да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у претходне 3 године (2010., 2011. и 2012.) испоручио добра које су предмет ове јавне набавке у вредности од најмање 7.000.000 динара (укупно за све три године).
2. да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има најмање једног ангажованог сервисера који поседује сертификат или овлашћење за сервисирање опреме која је предмет набавке.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава **обавезне услове** из члана 75. став 1. тачке 1. до 4. ЗЈН.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни **обавезне услове** из члана 75. став 1. тачке 1. до 4. ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

2) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- 2.1. Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава (Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН конкурсне документације) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН конкурсне документације, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

2.2. Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) **Доказ:**
Потврде наручилаца о испорученим добрима, које морају да садрже пун назив Наручиоца, датум испоручених добара, врсте добара, вредност испоручених добара и вредност уговора.
- 2) **Доказ:**
- **Сертификат или Овлашћење** за сервисирање наведене опреме издато од произвођача, односно овлашћеног дистрибутера.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности - Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха, Бр. XI-13-404-149/2013 – Ев.бр. ЈНМВ-Д-15/2013, испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке - Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха, Бр. XI-13-404-149/2013 – Ев.бр. ЈНМВ-Д-15/2013, испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место: _____

Подизвођач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности - Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха, Бр. XI-13-404-149/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.11.2013. год. до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Техничку спецификацију, потписану и оверену печатом
- Образац Изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности - попуњен, потписан и оверен печатом
- Образац Изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН, у поступку јавне набавке мале вредности - попуњен, потписан и оверен печатом (уколико део предмета јавне набавке поверава подизвођачу)
- Образац понуде - попуњен, потписан и оверен печатом
- Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом
- Образац Изјаве о достављању банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања - потписан и оверен печатом
- Образац Изјаве о независној понуди - попуњен, потписан и оверен печатом.

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члана 81. ЗЈН.

Градска управа града Панчева

Бр. XI-13-404-149/2013

3.ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком:

„**Измена понуде** за јавну набавку мале вредности - Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха, Бр. XI-13-404-149/2013 - **НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Допуна понуде** за јавну набавку мале вредности -Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха, Бр. XI-13-404-149/2013 - **НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Опозив понуде** за јавну набавку мале вредности -Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха, Бр. XI-13-404-149/2013 - **НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Измена и допуна понуде** за јавну набавку мале вредности -Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха, Бр. XI-13-404-149/2013 - **НЕ ОТВАРАТИ**”.

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Уколико наручилац предвиђа наведену могућност, дужан је да у овом делу конкурсне документације у складу са чланом 80. став 11. Закона, дефинише правила поступања у вези са преносом доспелих потраживања директно подизвођачу, односно у вези са става 9. и 10. истог члана.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачке од 1. до 6. ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Уколико Понуђач не захтева аванс

Наручилац ће плаћање вршити на следећи начин:

- Уговорену цену за анализатор азотних оксида и генератора ваздуха, са свом потребном опремом, најкасније у року од 15 дана од дана записнички констатоване примопредаје предметних добара, а на основу испостављене фактуре понуђача.
- Остатак од укупно уговорене цене најкасније у року од 7 дана, након инсталације и пуштања у рад анализатора азотних оксида и генератора ваздуха, обуке техничког особља Наручиоца и записнички констатоване примопредаје, а на основу испостављене фактуре понуђача.

Уколико Понуђач захтева аванс

Аванс не може бити већи од 40% од укупно уговорене вредности добара.

Уколико се захтева аванс већи од 40%, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће плаћања вршити на следећи начин:

- аванс најкасније у року од 15 дана од дана предаје банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, на основу испостављања авансног рачуна понуђача.
- Остатак од укупно уговорене цене најкасније у року од 7 дана, након обављене инсталације и пуштања у рад анализатора азотних оксида и генератора ваздуха, обуке техничког особља Наручиоца и записнички констатоване примопредаје, а на основу испостављене фактуре понуђача.

Понуђач је у обавези да најкасније у року од 7 дана од дана потписивања Уговора, преда Наручиоцу гаранцију пословне банке, на износ траженог аванса са ПДВ-ом, плативу на први позив, без приговора, са роком важности до коначног извршења посла.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтев у погледу рока испоруке и извршења услуге

- Рок испоруке анализатора азотних оксида и генератора ваздуха, са свом потребном опремом, као и резервних делова потрошног и ситног материјала за период одржавања за две године а у свему у складу са Техничком спецификацијом Наручиоца, не може бити дужи од 70 дана од дана потписивања уговора.
- Рок инсталације и пуштања у рад анализатора азотних оксида и генератора ваздуха не може бити дужи од 3 дана од дана испоруке.
- Рок за обуку техничког особља Наручиоца не може бити дужи од једног дана након инсталације анализатора азотних оксида и генератора ваздуха (истог дана или следећег)
- Рок испоруке делова које ће Понуђач испоручивати по потреби услед детектованог квара, у току трајања гарантног рока, не може бити дужи од 30 дана, од дана детектованог квара.
- Рок за извршење услуге сервиса ван мерних станица (лабораторија понуђача или произвођача) решаваће се споразумно уз евентуално померање гарантног рока.
- Рокови за извршење услуге редовног сервиса у периоду гарантног рока, ће се обављати споразумно, а на основу достављеног плана сервиса Понуђача (глава III техничке спецификације Наручиоца)

9.3. Захтеви у погледу рекламационог рока

У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету испоручених добара и извршених услуга, Понуђач је дужан да исте отклони најкасније у року од 8 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца. Уколико буде било потребно да се замене делови, уз одобрење наручиоца постоваће се и рок набавке резервних делова.

9.4. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за сву испоручену опрему, квалитет материјала, монтажу и правилан рад, у свему у складу са техничком спецификацијом Наручиоца, не може бити краћи од једне године, рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји.

У случају дуже поправке у гарантном року, дужем од 15 дана, понуђач је дужан да продужи гарантни рок минимално за време за које је опрема била изван функције

9.5. Уговорна казна и накнада штете

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи до 5% од укупне уговорене вредности набавке.

Уколико понуђач, који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са наручиоцем, не изврши услуге у уговореном року, наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену казну од 2‰ (два промила) од укупне вредности уговора.

9.6. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена обухвата све трошкове везане за реализацију предметне набавке, односно трошкове транспорта, шпедиције, путне трошкове, трошкове смештаја и остале пратеће трошкове везане за реализацију овог Уговора.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања овог уговора.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац за ову предметну јавну набавку захтева средства финансијског обезбеђења, којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке.

Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима, односно овлашћени члан групе Понуђача је обавезан да **приликом подношења понуде достави:**

- Оригинално писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, у висини траженог аванса, са ПДВ-ом, плативу на први позив, без приговора, са роком важности до коначног извршења посла. Понуђач може захтевати аванс највише до висине износа од 40% од укупно понуђене цене са ПДВ-ом (**Уколико се захтева аванс**)

Понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци који наступа самостално или са подизвођачима, односно овлашћени члан групе Понуђача је обавезан да **најкасније у року од 7 дана од дана потписивања Уговора, достави:**

- Неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за повраћај аванса, са обавезом банке, у висини траженог аванса, са ПДВ-ом, плативу на први позив, без приговора, са роком важности до коначног извршења посла (**Уколико се захтева аванс**)

Уколико Понуђач захтева аванс, Уговор ће се закључити са одложним условом и ступиће на снагу даном достављања банкарске гаранције.

Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке Наручилац ће проверити бонитет банке код Народне банке Србије или подобне рејтинг агенције која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities-ESMA).

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, електронске поште на е-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs или факсом на број: 013/352-799, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, Бр. XI-13-404-149/2013“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

Елементи критеријума су:

- | | |
|--|------------|
| 1. Цена | 80 пондера |
| 2. Рок испоруке анализатора азотних оксида и генератора ваздуха | 10 пондера |
| 3. Рок испоруке резервних делова које ће Понуђач испоручивати по потреби | 10 пондера |

ЦЕНА	МАКС 80
<p>Код овог критеријума бодоваће се понуђена цена без ПДВ-а за анализатор азотних оксида и генератор ваздуха, са свом потребном опремом, као и резервних делова потрошног и ситног материјала из обрасца понуде.</p> <p>Максималан број пондера који се може добити по овом критеријуму износи 80</p> <p>Понуде ће се бодовати према следећој формули:</p> $80 \times \frac{\text{Најнижа понуђена цена исказана у динарима (без ПДВ-а)}}{\text{Цена из понуде која се бодује (без ПДВ-а)}}$	
РОК ИСПОРУКЕ АНАЛИЗАТОРА АЗОТНИХ ОКСИДА И ГЕНЕРАТОРА ВАЗДУХА	МАКС. 10
<p>Код овог критеријума оцењиваће се рок испоруке анализатора азотних оксида и генератора ваздуха, са свом потребном опремом, као и резервних делова потрошног и ситног материјала</p> <p>Рок испоруке анализатора азотних оксида и генератора не може бити дужи од 70 дана од дана потписивања уговора.</p> <p>Максималан број пондера који се може добити по овом критеријуму износи 10.</p> <p>Број пондера за сваког Понуђача израчунава се по следећој формули:</p> $10 \times \frac{\text{Најкраћи понуђени рок испоруке анализатора азотних оксида и генератора ваздуха изражен у данима}}{\text{Рок испоруке анализатора азотних оксида и генератора ваздуха из понуде која се бодује изражен у данима}}$	

РОК ИСПОРУКЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА КОЈЕ ЋЕ ПОНУЋАЧ ИСПОРУЧИВАТИ ПО ПОТРЕБИ	МАКС. 10
<p>Код овог критеријума оцењиваће се рок испоруке резервних делова које ће понуђач испоручивати по потреби услед детектованог квара у току трајања гарантног рока.</p> <p>Рок испоруке резервних делова, који ће понуђач испоручивати по потреби, не може бити дужи од 30 дана од дана детектованог квара.</p> <p>Максималан број пондера који се може добити по овом критеријуму износи 10.</p> <p>Број пондера за сваког Понуђача израчунава се по следећој формули:</p> <p>Најкраћи понуђени рок испоруке резервних делова који ће Понуђач испоручивати по потреби</p> <p style="text-align: center;">изражен у данима</p> <p>10 x -----</p> <p style="text-align: center;">Рок испоруке резервних делова који ће Понуђач испоручивати по потреби из понуде која се бодује изражен у данима</p>	

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде понуђача који нуди добра страног порекла и најповољније понуде понуђача који нуди добра домаћег порекла није већа од 10 у корист понуде понуђача који нуди добра страног порекла.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке анализатора азотних оксида и генератора. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке резервних делова који ће Понуђач испоручивати по потреби.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: javne.nabavke@pancevo.rs, факсом на број: 013/352-799 или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са знаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку мале вредности -
Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха, Бр. XI-13-404-149/2013 –
Ев.бр. ЈНМВ-Д-15/2013.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (е-маил):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

7. ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

1. Цена анализатора азотних оксида са свом потребном опремом, без урачунатог ПДВ-а	
2. Цена генератора ваздуха са свом потребном опремом, без урачунатог ПДВ-а	
3. Цена инсталације и пуштања у рад	
4. Цена обуке техничког особља	
Укупна цена за ставке од 1. до 4. без урачунатог ПДВ-а	
Укупна цена за ставке од 1. до 4. са урачунатим ПДВ-ом	
<p>Рок и начин плаћања</p> <p>Уколико Понуђач не захтева аванс Наручилац ће плаћање вршити на следећи начин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уговорену цену за анализатор азотних оксида и генератора ваздуха, са свом потребном опремом, најкасније у року од 15 дана од дана записнички констатоване примопредаје предметних добара, а на основу испостављене фактуре понуђача. - Остатак од укупно уговорене цене најкасније у року од 7 дана, након инсталације и пуштања у рад анализатора азотних оксида и генератора ваздуха, обуке техничког особља Наручиоца и записнички констатоване примопредаје, а на основу испостављене фактуре понуђача. <p>Уколико Понуђач захтева аванс Аванс _____%(не може бити већи од 40%), од укупно уговорене вредности добара. Уколико се захтева аванс већи од 40%, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац ће плаћања вршити на следећи начин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аванс најкасније у року од 15 дана од дана предаје банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, а на основу испостављања авансног рачуна понуђача. - Остатак од укупно уговорене цене најкасније у року од 7 дана, након обављене инсталације и пуштања у рад анализатора азотних оксида и генератора ваздуха, обуке техничког особља Наручиоца и записнички констатоване примопредаје, а на основу испостављене фактуре понуђача. <p>Понуђач је у обавези да најкасније у року од 7 дана од дана потписивања Уговора, преда Наручиоцу гаранцију пословне банке, на износ траженог аванса са ПДВ-ом, плативу на први позив, без приговора, са роком важности до коначног извршења посла. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.</p>	

Рок испоруке и извршења услуге

- Рок испоруке анализатора азотних оксида и генератора ваздуха, са свом потребном опремом, као и резервних делова потрошног и ситног материјала за период одржавања за две године а у свему у складу са Техничком спецификацијом Наручиоца _____ дана (не може бити дужи од 70 дана) од дана потписивања уговора.
- Рок инсталације и пуштања у рад анализатора азотних оксида и генератора ваздуха _____ дана (не може бити дужи од 3 дана) од дана испоруке.
- Рок за обуку техничког особља Наручиоца не може бити дужи од једног дана након инсталације анализатора азотних оксида и генератора ваздуха (истог дана или следећег).
- Рок испоруке делова које ће Понуђач испоручивати по потреби услед детектованог квара, у току трајања гарантног рока _____ дана (не може бити дужи од 30 дана), од дана детектованог квара.
- Рок за извршење услуге сервиса ван мерних станица (лабораторија понуђача или произвођача) решаваће се споразумно уз евентуално померање гарантног рока.
- Рокови за извршење услуге редовног сервиса у периоду гарантног рока, ће се обављати споразумно, а на основу достављеног плана сервиса Понуђача (глава III техничке спецификације Наручиоца)

Рекламациони рок

У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету испоручених добара и извршених услуга, Понуђач је дужан да исте отклони најкасније у року од 8 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца. Уколико буде било потребно да се замене делови, уз одобрење наручиоца постоваће се и рок набавке резервних делова.

Гарантни рок

Гарантни рок за сву испоручену опрему, квалитет материјала, монтажу и правилан рад, у свему у складу са техничком спецификацијом Наручиоца је _____ година (не може бити краћи од једне године), рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји. У случају дуже поправке у гарантном року, дужем од 15 дана, понуђач је дужан да продужи гарантни рок минимално за време за које је опрема била изван функције

Уговорна казна и накнада штете

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи до 5% од укупне уговорене вредности набавке.

Уколико понуђач, који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са наручиоцем, не изврши услуге у уговореном року, наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену казну од 2‰ (два промила) од укупне вредности уговора.

Рок важења понуде

Рок важења понуде је _____ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду

Процент укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен подизвођачу: _____ (попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем)

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ПРОШИРЕЊУ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА - НАБАВКА АНАЛИЗАТОРА АЗОТНИХ ОКСИДА И ГЕНЕРАТОРА ВАЗДУХА

Закључен између уговорних страна:

1. **Градска управа града Панчева**
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4,
коју заступа начелник Милорад Милићевић, дипл. правник
рачун бр. 840-104640-03 Управа за трезор,
ПИБ 101049012, матични број 08331537
(у даљем тексту: Наручилац)

и

2. _____
са седиштем у _____ улица _____ бр. ____
које заступа директор _____
рачун бр. _____ код _____ банке
ПИБ _____, матични бр. _____
(у даљем тексту: **Добављач**)

Остали (подизвођачи или чланови групе понуђача)

Основ уговора: спроведен поступак јавне набавке мале вредности
Број: XI-13-404-149/2013 – Ев.бр.ЈНМВ-Д-15/2013
Број и датум одлуке о додели уговора:.....
Понуда изабраног понуђача бр. _____ од.....

Члан 1.

Предмет овог Уговора је проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха, на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, Бр. XI-13-404-149/2013 - Ев.бр. ЈНМВ-Д-15/2013, и обухтава набавку, инсталирање и пуштање у редован режим рада следећих уређаја:

- Анализатор азотних оксида (NO/NO2/NOx) 1 ком.
- Генератор ваздуха (air zero modul) 1 ком,

а у свему у складу са Техничком спецификацијом Наручиоца и прихваћеном понудом Добављача бр. _____ од _____ године, које су саставни део овог Уговора.

Градска управа града Панчева
Бр. XI-13-404-149/2013

Члан 2.

(Члан 2. овог Уговора брише се у зависности од понуде)

Добављач се обавезује да самостално, или са подизвођачима, односно као Група понуђача, изврши набавку из члана 1. овог Уговора.

У случају да Добављач, за поједине послове, односно делове понуде ангажује подизвођаче, одговоран је Наручиоцу за њихово извршење, као да га је сам извршио.

Уколико Добављач наступа као овлашћени представник Групе понуђача, чланови групе су неограничено солидарно одговорни Наручиоцу, за извршење уговорених послова.

У складу са Понудом, Добављач ће реализацију Уговора делимично поверити _____

_____ (навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, односно члана групе понуђача уколико је Добављач у Понуди наступио са подизвођачем/има, односно као група понуђача), и то за послове -делове понуде _____

Члан 3.

Укупна уговорена цена за добра из члана 1. овог уговора износи _____ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _____ динара, са урачунатим ПДВ-ом.

Уговорене јединичне цене дате у понуди Добављача су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора и исте износе:

1. Цена анализатора азотних оксида са свом потребном опремом износи _____ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _____ динара, са урачунатим ПДВ-ом

2. Цена генератора ваздуха са свом потребном опремом износи _____ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _____ динара, са урачунатим ПДВ-ом

3. Цена инсталације и пуштања у рад износи _____ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _____ динара, са урачунатим ПДВ-ом

4. Цена обуке техничког особља износи _____ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _____ динара, са урачунатим ПДВ-ом.

Цена из става 1. овог члана обухвата све трошкове везане за реализацију предметне набавке, односно трошкове транспорта, шпедиције, путне трошкове, трошкове смештаја и остале пратеће трошкове везане за реализацију овог Уговора.

Члан 4.**(Члан 4. ће бити избрисан, у зависности од понуде)****(Уколико Додављач не захтева аванс)**

Наручилац ће плаћање вршити на следећи начин:

- Уговорену цену за анализатор азотних оксида и генератора ваздуха, са свом потребном опремом, најкасније у року од 15 дана од дана записнички констатоване примопредаје предметних добара, а на основу испостављене фактуре Додављача.
- Остатак од укупно уговорене цене најкасније у року од 7 дана, након инсталације и пуштања у рад анализатора азотних оксида и генератора ваздуха, обуке техничког особља Наручиоца и записнички констатоване примопредаје, а на основу испостављене фактуре Додављача,

на рачун Додављача бр. _____ код банке _____.

(У случају да Додављач захтева аванс)

Наручилац се обавезује да ће плаћања вршити на следећи начин:

- аванс од ____% у износу од _____ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _____ са урачунатим ПДВ-ом, најкасније у року од 15 дана од дана предаје банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, а на основу испостављања авансног рачуна Додављача,
- остатак од укупно уговорене цене, најкасније у року од 7 дана, након обављене инсталације и пуштања у рад анализатора азотних оксида и генератора ваздуха, обуке техничког особља наручиоца и записнички констатоване примопредаје, а на основу испостављене фактуре Додављача.

на рачун Додављача бр. _____ код банке _____.

Члан 5.**(Члан 5. ће бити избрисан, у зависности од понуде)**

Додављач се обавезује да ће најкасније у року од 7 дана од дана потписивања Уговора, предати Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, на износ траженог аванса са ПДВ-ом, плативу на први позив, без приговора, са роком важности до коначног извршења посла.

Члан 6.

Додављач се обавезује да ће анализатор азотних оксида и генератор ваздуха, са свом потребном опремом, као и резервне делове потрошног и ситног материјала за период одржавања за две године, а у свему у складу са Техничком спецификацијом Наручиоца испоручити у року од _____ дана од дана потписивања уговора.

Додављач се обавезује да ће инсталацију и пуштање у рад анализатора азотних оксида и генератора ваздуха извршити у року од _____ дана од дана испоруке.

Додављач се обавезује да ће обуку техничког особља Наручиоца извршити у року од једног дана, након инсталације анализатора азотних оксида и генератора ваздуха (истог дана или следећег).

Градска управа града Панчева

Бр. XI-13-404-149/2013

Добављач се обавезује да ће делове које ће испоручивати по потреби услед детектованог квара, у току трајања гарантног рока испоручивати у року од _____ дана, од дана детектованог квара.

Добављач се обавезује да ће се извршење услуге сервиса ван мерних станица (лабораторија понуђача или произвођача) решавати споразумно уз евентуално померање гарантног рока.

Добављач се обавезује да ће извршење услуге редовног сервиса у периоду гарантног рока, обављати споразумно, а на основу достављеног плана сервиса Добављача (глава III техничке спецификације Наручиоца)

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да ће Добављач анализатор азотних оксида и генератор ваздуха испоручити и инсталирати на локацији Наручиоца у Панчеву.

Члан 8.

Уговорне стране су сагласне да ће испоруку и инсталацију уређаја констатовати сачињавањем записника о примопредаји.

Члан 9.

Добављач гарантује за квалитет испоручених и инсталираних уређаја, који морају одговарати прописаним стандардима, атестима и сертификатима произвођача.

Добављач одговара за све скривене мане испоручених и инсталираних уређаја.

Члан 10.

У случају неоправданог кашњења Добављача са испуњењем обавеза из члана 6. овог Уговора, уговорне стране сагласно утврђују уговорну казну у износу од 2 ‰ (промила) од укупне вредности уговора за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% укупне уговорене вредности.

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да је гарантни рок за сву испоручену опрему, квалитет материјала, монтажу и правилан рад, у свему у складу са техничком спецификацијом Наручиоца је _____ године, рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји.

У случају дуже поправке у гарантном року, дужем од 15 дана, Добављач је дужан да продужи гарантни рок минимално за време за које је опрема била изван функције.

Члан 12.

Добављач гарантује да ће добра из члана 1. овог Уговора, бити функционално и квалитативно-квантитативно одговарајућа Техничкој спецификацији Наручиоца и прихваћеној понуди Добављача.

У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету испоручених и инсталираних уређаја, Добављач је дужан да исте отклони најкасније у року од 8 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца. Уколико буде било потребно да се замене делови, уз одобрењу Наручиоца постоваће се и рок набавке резервних делова.

Добављач се обавезује да ће штету која настане услед некавалитетно испоручених добара и услед некавалитетне инсталације уређаја из члана 1. овог Уговора надокнадити у висини стварно причињене штете.

Члан 13.

Уговор се закључује на одређено време, на период од једне године, рачунајући од дана потписивања Уговора, а закључно са финансијском реализацијом Уговора.

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да се за праћење утrophка средстава и реализацију Уговора, задужује Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Панчева.

Члан 15.

Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину Уговор са отказним роком од 30 дана.

Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих уговором прихваћених обавеза до дана раскида Уговора.

Члан 16.

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 17.

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.

Члан 18.

Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 5 (пет) примерака, а 3 (три) примерка Додављач за своје потребе.

ДОБАВЉАЧ

НАРУЧИЛАЦ

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

(УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ЗАХТЕВА АВАНС)

**ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА**

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо најкасније у року од 7 дана од дана потписивања Уговора доставити Наручиоцу неопозиву, безусловну, на први позив наплативу и без права на приговор банкарску гаранцију (у оригиналу) за повраћај авансног плаћања, издату од банке прихватљиве за Наручиоца, у висини траженог аванса (са ПДВ-ом), са обавезом банке и са роком важења до коначног извршења посла.

Датум: _____
Место: _____Потпис овлашћеног лица
(М.П.) _____

Прилог уз ову изјаву:

- оригинал писмо о намерама банке да ће издати тражену банкарску гаранцију.

Напомена:

Уколико Понуђач захтева аванс, а не достави оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, понуда ће се одбити као неприхватљива.

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности – Проширење система за континуално мерење квалитета ваздуха, Бр. XI-13-404-149/2013 - Ев.бр. ЈНМВ-Д-15/2013, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ**ПОШИЉАЛАЦ :**

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

**ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
26000 ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I БР. 2-4**

**Поступак јавне набавке мале вредности
ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО
МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА**

**БР. XI-13-404-149/2013
ЕВ.БР.ЈНМВ-Д-15/2013**

**НЕ ОТВАРАТИ
-ПОНУДА-**

(Напомена: Пожељно је налепити на коверту понуде)